



ת.ד. 26 רחובות 76100 Israel P.O.B. 26 Rehovot
www.weizmann.ac.il

משרד +972-(0)8-934-3844 Office
פקס +972-(0)8-934-4163 Fax
safety.unit@weizmann.ac.il

מכון ויצמן למדע
WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE

יחידת הבטיחות
Safety Unit

נוהל כניסה של בעלי מקצוע למעבדות עם מתקני NMR **למטרת תיקונים ותחזוקה**

* כל מעבדה בעלת מתקן NMR חייבת בשילוט אזהרה בכניסה.

* מסביב לכל מתקן NMR חייב להיות מסומן קו ה-5 גאוס.

* הכניסה למתקן מעבר קו 5 גאוס אסורה בהחלט לבעלי קוצב לב.

1. לא ייכנס בעל מקצוע למתקן NMR ללא ליווי של בעל המתקן או נציגו.

2. בעלי שתלים רפואיים/רסיסים חייבים לדווח על כך לבעל המתקן לפני כניסתם למתקן.

3. חל איסור מוחלט להכניס כלי עבודה מחומר מתמגנט.

4. בעת השהייה במעבדה, הדלת חייבת להיות פתוחה למקרה של דליפת גזים קריאוגניים (חנקן/הליום), אשר עלולים לגרום לחנק.

* בעת מילוי הגזים הנ"ל, חובה להרכיב משקפי מגן ולעטות כפפות להגנה מקור.

5. אין להתקרב למתקן עם כרטיסים מגנטיים/שעונים וכו'.